

4035

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Московской области»
(ФБУ «ЦСМ Московской области»)**

АТТЕСТАТ № AA 6158403

Дата выдачи 1 апреля 2014 г.

Удостоверяется, что **Климатическая камера WEISS WK3 180/40, №**
58226105260010
наименование и обозначение испытательного
оборудования, заводской или инвентарный номер

принадлежащая **ФГБОУ ВПО "Московский государственный
строительный университет" ИНН 7716103391**
наименование, предприятия (организации), подразделения, центра

По результатам первичной (периодической) аттестации, протокол
№ 06/03/299п-14 от 01.04.2014, признана пригодной для использования

при испытаниях **изделий на воздействие температуры**
наименование продукции

и относительной влажности в диапазоне (-40...100)°C ±1°C, (10...98)%
наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости)
±3% в соответствии с руководством по эксплуатации на камеру

Периодичность аттестации **двенадцать месяцев** (месяцев, лет)

Директор

Руководитель филиала,
выдавшего аттестат



Е.А.Павлюк

инициалы, фамилия

№ AA 6158403